

# LDH 21 FS\*

## Bestellinformation

Bestell-Nr.	Packungsgröße			
1 4251 99 10 021	R1 5 x 20 mL	+	R2	1 x 25 mL
1 4251 99 10 704	R1 8 x 50 mL	+	R2	8 x 12,5 mL
1 4251 99 10 930	R1 4 x 20 mL	+	R2	2 x 10 mL

## Verwendungszweck


Diagnostisches Reagenz zur quantitativen in vitro Bestimmung von Lactatdehydrogenase (LDH) in humanem Serum oder Heparinplasma an automatisierten photometrischen Systemen.

## Zusammenfassung

Lactatdehydrogenase (LDH) ist ein Enzym, das aus fünf Isoenzymen besteht und die reversible Umwandlung von L-Lactat zu Pyruvat katalysiert. LDH liegt im Cytoplasma allen menschlichen Gewebes vor, mit höheren Konzentrationen in Leber, Herz und Skelettmuskulatur und niedrigeren Werten in Erythrozyten, Pankreas, Nieren und Magen. Erhöhte LDH-Aktivitäten treten bei einer Reihe pathologischer Zustände wie Myokardinfarkt, Leber, Muskel-, hämatologischen und malignen Erkrankungen auf. Wegen der fehlenden Spezifität von LDH ist für eine Differentialdiagnose die Bestimmung der LDH-Isoenzyme oder anderer Enzyme wie alkalischer Phosphatase oder ALAT/ASAT notwendig. [1,2]

## Methode

Optimierter UV-Test nach IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) [modifiziert].



## Reagenzien

### Bestandteile und Konzentrationen

<b>R1:</b> N-Methyl-D-Glucamin	pH 8,4	420 mmol/L
L-Lactat		65 mmol/L
<b>R2:</b> NAD <sup>+</sup>		50 mmol/L

## Lagerung und Haltbarkeit

Die Reagenzien sind bei 2 – 8 °C bis zum auf dem Kit angegeben Verfallsdatum verwendbar, wenn Kontamination vermieden wird. Reagenzien nicht einfrieren und lichtgeschützt aufbewahren.

## Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Reagenz 1 enthält Natriumazid (0,95 g/L) als Konservierungsmittel. Nicht verschlucken! Berührung mit Haut und Schleimhäuten vermeiden.
- In sehr seltenen Fällen kann es bei Proben von Patienten mit Gammopathien zu verfälschten Ergebnissen kommen [3].
- Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch von Laborreagenzien. Für diagnostische Zwecke sind die Ergebnisse stets im Zusammenhang mit der Patientenvorgeschichte, der klinischen Untersuchung und anderen Untersuchungsergebnissen zu werten.
- Nur für professionelle Anwendung.

## Entsorgung

Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

## Reagenzvorbereitung

Die Reagenzien sind gebrauchsfertig.

## Benötigte Materialien

Übliche Laborausrüstung

## Probenmaterial

Humanes Serum oder Heparinplasma

Haltbarkeit [4]:

4 Tage	bei	20 – 25 °C
6 Wochen	bei	4 – 8 °C

Kontaminierte Proben verwerfen.

## Testschema

### Grundeinstellungen am BioMajesty® JCA-BM6010/C

<b>Wellenlänge</b>	340/410 nm (bichromatisch)
<b>Temperatur</b>	37 °C
<b>Messung</b>	Lineare Kinetik
<b>Probe/Kalibrator</b>	1,5 µL
<b>Reagenz 1</b>	80 µL
<b>Reagenz 2</b>	20 µL
<b>Zugabe Reagenz 2</b>	Zyklus 19 (286 s)
<b>Extinktion 1</b>	Zyklus 25 (367 s)
<b>Extinktion 2</b>	Zyklus 40 (527 s)
<b>Kalibration</b>	Linear

## Berechnung

### Mit Kalibrator

$$\text{LDH [U/L]} = \frac{\Delta E \text{ Probe}}{\Delta E \text{ Kal}} \times \text{Konz. Kal [U/L]}$$

## Kalibratoren und Kontrollen

DiaSys TruCal U wird zur Kalibration empfohlen. Die Kalibratorwerte für TruCal U wurden gegen die Originalformulierung der IFCC standardisiert. DiaSys TruLab N und P für die interne Qualitätskontrolle messen. Jedes Labor sollte Korrekturmaßnahmen für den Fall einer Abweichung bei der Kontrollwiederfindung festlegen.

	Bestell-Nr.	Packungsgröße
TruCal U	5 9100 99 10 063	20 x 3 mL
	5 9100 99 10 064	6 x 3 mL
TruLab N	5 9000 99 10 062	20 x 5 mL
	5 9000 99 10 061	6 x 5 mL
TruLab P	5 9050 99 10 062	20 x 5 mL
	5 9050 99 10 061	6 x 5 mL

## Leistungsmerkmale

### Datenerhebung am BioMajesty® JCA-BM6010/C

Die unten genannten exemplarischen Daten können bei unterschiedlichen Messbedingungen leicht abweichen.

Messbereich von 43 U/L bis 1500 U/L. Wird dieser Bereich überschritten, die Proben 1 + 10 mit NaCl-Lösung (9 g/L) verdünnen und das Ergebnis mit 11 multiplizieren.	
Nachweisgrenze**	15 U/L
Störende Substanz	Interferenzen ≤ 10 % bis
Ascorbinsäure	60 mg/dL
Bilirubin (konjugiert)	60 mg/dL
Bilirubin (unkonjugiert)	60 mg/dL
Lipämie (Triglyceride)	2000 mg/dL
Sulfapyridin	30 mg/dL
Sulfasalazin	30 mg/dL
Hemoglobin interferiert bei geringen Konzentrationen.	
Weitere Informationen zu Interferenzen finden Sie bei Young DS [5,6].	

<b>Präzision</b>			
In der Serie (n=20)	Probe 1	Probe 2	Probe 3
Mittelwert [U/L]	106	265	990
VK [%]	1,85	0,824	1,89
<b>Totale Präzision CLSI (n=80)</b>			
	Probe 1	Probe 2	Probe 3
Mittelwert [U/L]	104	254	978
VK [%]	2,16	1,70	1,87

<b>Methodenvergleich (n=216)</b>	
Test x	DiaSys LDH 21 FS
Test y	Mitbewerber LDH
Steigung	0,998
Achsenabschnitt	-0,628 U/L
Korrelationskoeffizient	0,999

\*\* gemäß CLSI Dokument EP17-A2, Vol. 32, No. 8

#### Umrechnungsfaktor

LDH [U/L] x 0,0167 = LDH [µkat/L]

#### Referenzbereiche

	Weiblich		Männlich	
	[U/L]	[µkat/L]	[U/L]	[µkat/L]
<b>Erwachsene</b> [7]	< 247	< 4,12	< 248	< 4,14
<b>Kinder</b> [8]				
1 – 30 Tag(e)	145 – 765	2,42 – 12,8	125 – 735	2,09 – 12,3
31 – 365 Tage	190 – 420	3,17 – 7,01	170 – 450	2,84 – 7,52
1 – 3 Jahr(e)	165 – 395	2,76 – 6,60	155 – 345	2,59 – 5,76
4 – 6 Jahre	135 – 345	2,25 – 5,76	155 – 345	2,59 – 5,76
7 – 9 Jahre	140 – 280	2,34 – 4,68	145 – 300	2,42 – 5,01
10 – 12 Jahre	120 – 260	2,00 – 4,34	120 – 325	2,00 – 5,43
13 – 15 Jahre	100 – 275	1,67 – 4,59	120 – 290	2,00 – 4,84
16 – 18 Jahre	105 – 230	1,75 – 3,84	105 – 235	1,75 – 3,92

Jedes Labor sollte die Übertragbarkeit der Referenzbereiche für die eigenen Patientengruppen überprüfen und gegebenenfalls eigene Referenzbereiche ermitteln.

#### Literatur

1. Thomas L. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 89-94.
2. Moss DW, Henderson AR. Clinical enzymology In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. 617-721.
3. Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: Mechanisms, detection and prevention. Clin Chem Lab med 2007; 45(9): 1240-1243.
4. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 36-7.
5. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.
6. Young DS. Effects on Clinical Laboratory Tests - Drugs Disease, Herbs & Natural Products, <https://clinfx.wiley.com/aaccweb/aacc/>, accessed in March 2021. Published by AACC Press and John Wiley and Sons, Inc.
7. Schumann G, Bonora R, Ceriotti F, Féraud G et al. IFCC primary reference procedure for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37°C. Part 3: Reference procedure for the measurement of catalytic concentration of lactate dehydrogenase. Clin Chem Lab Med 2002;40:643-48.
8. Soldin JS, Hicks JM. Pediatric reference ranges. Washington: AACC Press:1995:95.



DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Straße 9 65558 Holzheim Deutschland  
[www.diasys-diagnostics.com](http://www.diasys-diagnostics.com)

\* Flüssig Stabil