

Bestellinformation

Bestellnummer Packungsgröße 1 4570 99 10 113 1 x 500 mL

Verwendungszweck

Hämolysierlösung zur quantitativen in vitro Bestimmung von Hämoglobin A1c (HbA1c) in Vollblut an automatisierten photometrischen Systemen.

Beschreibung

One HbA1c Hämolysierlösung dient zur Probenvorbereitung von Vollblut, Kalibratoren und Kontrollen für die Bestimmung von HbA1c mit dem DiaSys Test one HbA1c FS (Bestellnummer: 1 3329..).

Reagenz

Bestandteile und Konzentrationen

Speziell aufbereitetes Wasser

Lagerung und Haltbarkeit

Die Hämolysierlösung ist bei 2 - 25 °C bis zum auf dem Kit angegeben Verfallsdatum verwendbar, wenn Kontamination vermieden wird. Nicht einfrieren und lichtgeschützt aufbewahren.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch von Laborreagenzien. Für diagnostische Zwecke sind die Ergebnisse stets im Zusammenhang mit der Patientenvorgeschichte, der klinischen Untersuchung und anderen Untersuchungsergebnissen zu werten.
- 2. Nur für professionelle Anwendung.

Entsorgung

Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

Reagenzvorbereitung

Das Reagenz ist gebrauchsfertig.

Probenvorbereitung

Hämolysierlösung	1000 μL
Probe/Kalibrator/Kontrolle	20 μL

Mischen und 5 Min. stehen lassen oder bis vollständige Hämolyse eingetreten ist.





DiaSys Diagnostic Systems GmbH Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany www.diasys-diagnostics.com