respons® ISE Urine Diluent (respons® ISE Diluyente para Orina)

Información de Pedido

Nº de pedido	Tamaño del envase
1 3600 99 10 921	4 x 30 mL

Uso Previsto

Diluyente para la determinación cuantitativa de sodio, potasio y cloruro en espécimen de orina humana en respons®920/940 Medica ISE módulo automatizado.

Descripción

respons® ISE Diluyente para Orina es una solución acuosa.

El diluyente sirve para diluir muestras de orina humana cuando se utiliza el módulo respons®920/940 Medica ISE para la determinación de sodio, potasio y cloruro.

Diluyente

Componentes y Concentraciones

acetato de magnesio	5,2 mmol/L

Almacenamiento y Estabilidad

El diluyente es estable hasta el final del mes indicado como fecha de expiración, si se almacena entre 15 y 25 °C, y si se evita la contaminación. No congelar y proteger de la luz.

Advertencias y Precauciones

1. En caso de mal funcionamiento del producto o de alteración de su aspecto que pudiera afectar al desempeño, contactar al fabricante.
2. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde se encuentre el usuario y/o el paciente.
3. Consultar las fichas de seguridad (FDS) de los reactivos y observar todas las medidas de precaución necesarias para la manipulación de reactivos de laboratorio. Para el diagnostico, se recomienda evaluar los resultados según la historia médica del paciente, los exámenes clínicos, así como los resultados obtenidos con otros parámetros.
4. Únicamente para el empleo profesional.

Manipulación de Desechos

Consultar los requisitos legales locales para las regulaciones de eliminación de productos químicos como se señala en la FDS correspondiente para determinar la eliminación segura.

Preparación

El diluyente es listo para usar. Los frascos se colocan directamente en el rotor de reactivos.

Materiales Requeridos

Equipo general de laboratorio

Procedimiento

Posicionar una muestra de orina no diluida en el rotor de muestras, así como un frasco con respons® ISE Diluyente para Orina en el rotor de reactivos. Cuando se selecciona orina como espécimen en el software del sistema, la dilución adecuada del espécimen se efectúa automáticamente.

Las adiciones y/o cambios en el documento están resaltados en gris. Para las supresiones, remítase a la información para usuarios por conocer el número de edición correspondiente de las noticias.

IVD CE

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Alemania
www.diasys-diagnostics.com