

TruCal CRP hs

CODE CQN : MV

Calibrants à utiliser lors des dosages quantitatifs in vitro de la protéine C réactive (CRP) sur systèmes photométriques

Présentation

1 7080 99 10 059 5 x 1 mL

Description

TruCal CRP hs comprend 5 calibrants liquides et stables avec différents niveaux de concentration à base du matériel de sang humain (sérum). Le coffret de calibrants est à utiliser pour la calibration du test CRP U-hs et couvre le domaine ultra-sensitif.

Stockage

Les calibrants, ouverts ou non, doivent être conservés entre + 2 °C et + 8 °C.

Stabilité

Flacons fermés : jusqu'à la fin du mois de la date de péremption indiquée

Flacons ouverts : au moins 3 mois

Il est nécessaire d'assurer une manipulation et une conservation convenable de ce produit.

Avertissements et précautions d'emploi

- Chaque don de sang utilisé pour la fabrication du TruCal CRP hs a été testé individuellement et a montré une absence de réactivité, avec les méthodes approuvées de recherche, de l'antigène HbsAg, des anticorps anti-HIV 1 + 2 et anti-HCV. Comme il n'existe aucune possibilité d'exclure totalement la transmission potentielle d'agents infectieux à partir de produits dérivés du sang humain, il est recommandé de manipuler le TruCal CRP hs avec les mêmes précautions que les échantillons de patients.
- Les calibrants contiennent de l'azide de sodium (0,95 g/L) comme conservateur. Ne pas avaler ! Eviter le contact avec la peau et les muqueuses.
- Merci de vous référer aux fiches de sécurité et prendre les précautions nécessaires habituelles pour l'utilisation des calibrants et contrôles.
- Uniquement à usage professionnel !

Préparation

Les calibrants TruCal CRP hs sont liquides et prêts à l'emploi.

Valeur du calibrant

Les valeurs des calibrants TruCal CRP hs ont été assignées avec le matériel de référence ERM®DA474/IFCC. Les valeurs des calibrants mentionnées ci-dessous sont spécifiques aux lots de ce coffret seulement.

Références bibliographiques

- Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997.p.243-68.
- Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393–1401.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93–8395)

Élimination des déchets

Se référer aux exigences légales nationales.



Fabricant

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 6558 Holzheim Allemagne

	N° de lot	Date de péremption	Valeur du Calibrant
TruCal CRP hs Niveau 1	35115	2025-07-19	0,050 mg/dL
			0,500 mg/L
TruCal CRP hs Niveau 2	35116	2025-07-19	0,245 mg/dL
			2,45 mg/L
TruCal CRP hs Niveau 3	35117	2025-07-19	0,845 mg/dL
			8,45 mg/L
TruCal CRP hs Niveau 4	35118	2025-07-19	1,245 mg/dL
			12,45 mg/L
TruCal CRP hs Niveau 5	35119	2025-07-19	2,045 mg/dL
			20,45 mg/L

TruCal PCR hs

Set calibrador para tests de determinación cuantitativa *In Vitro* de proteína C reactiva (PCR) en equipos fotométricos

Información de pedido

1 7080 99 10 059 5 unidades de 1 mL

Descripción

El set TruCal PCR hs está compuesto por cinco calibradores líquidos estables en diversas concentraciones a base de material de sangre humana (suero). El set se utiliza con el reactivo PCR O hs y cubre el área de alta sensibilidad.

Almacenamiento

Abiertos o sin abrir, los calibradores han de almacenarse a una temperatura de 2 a 8 °C.

Estabilidad al almacenamiento

Sin abrir: hasta el final del mes de caducidad que se indica en el envase

Abierto: por lo menos 3 meses

Es preciso que se garantice el almacenamiento adecuado y la manipulación correcta del producto.

Advertencias y medidas de precaución

- Para la fabricación de TruCal PCR hs sólo se empleó sangre procedente de donaciones que dieron resultado negativo en los análisis realizados con métodos autorizados para detectar HBsAg, anti-HIV 1+2 y anti-HCV. Como no existe ninguna posibilidad de excluir de forma definitiva que los productos obtenidos a partir de sangre humana no contienen ningún agente infeccioso, se recomienda manipular los calibradores con las mismas medidas de precaución que se emplean para las muestras procedentes de pacientes.
- Contiene azida de sodio (0,95 g/L) como conservante. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las mucosas.
- Observar todas las medidas de precaución necesarias para la manipulación de calibradores y controles.
- ¡Únicamente para el empleo profesional!

Preparación

Los calibradores TruCal PCR hs son líquidos y son listos para usar.

Valores de calibración

El valor de calibración de TruCal PCR hs se ha obtenido a base del material de referencia ERM®DA474/IFCC. Los valores de calibración que se indican abajo sólo son aplicables a los números de lote que se indican.

Bibliografía

- Stenman UH. Standardization of immunoassays. En: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. Nueva York: Stockton Press; 1997.pp.243-68.
- Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. En: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1^a ed., Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. pp. 1393–1401.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93–8395)

Eliminación de residuos

Obsérvese la normativa legal al respecto.

Fabricado por
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Alemania



	Número de lote	Fecha de caducidad	Valor de calibración
TruCal PCR hs Nivel 1	35115	2025-07-19	0,050 mg/dL
			0,500 mg/L
TruCal PCR hs Nivel 2	35116	2025-07-19	0,245 mg/dL
			2,45 mg/L
TruCal PCR hs Nivel 3	35117	2025-07-19	0,845 mg/dL
			8,45 mg/L
TruCal PCR hs Nivel 4	35118	2025-07-19	1,245 mg/dL
			12,45 mg/L
TruCal PCR hs Nivel 5	35119	2025-07-19	2,045 mg/dL
			20,45 mg/L