

TruCal Myoglobin

CODE CQN : MV

Calibrant à utiliser lors des dosages quantitatifs in vitro de la myoglobine sur systèmes photométriques

Présentation

1 7030 99 10 058 4 x 1 mL

Description

TruCal Myoglobin est un coffret de 4 calibrants liquides et stables avec différents niveaux de concentration à base de matériel de sang humain (sérum) et contenant des additifs biologiques d'origine bovine.

Stockage

Les calibrants, ouverts ou non, doivent être conservés entre + 2 °C et + 8 °C.

Stabilité

Flacons fermés : jusqu'à la fin du mois de la date de péremption indiquée

Flacons ouverts : au moins 30 jours

Il est nécessaire d'assurer une manipulation et une conservation convenable de ce produit.

Avertissements et Précautions d'Emploi

1. Chaque don de sang utilisé pour la fabrication du TruCal Myoglobin a été testé individuellement et a montré une absence de réactivité, avec les méthodes approuvées de recherche, de l'antigène HbsAg, des anticorps anti-HIV 1 + 2 et anti-HCV. Comme il n'existe aucune possibilité d'exclure totalement la transmission potentielle d'agents infectieux à partir de produits dérivés du sang humain, il est recommandé de manipuler le calibrant avec les mêmes précautions que les échantillons de patients.
2. Le calibrant contient de l'azide de sodium (0,95 g/L) comme conservateur. Ne pas avaler ! Eviter le contact avec la peau et les muqueuses.
3. Contient de la matière animale. Il est recommandé de traiter les calibrants comme potentiellement infectieux et de les manier donc avec les mêmes précautions que les échantillons de patients.
4. Merci de vous référer aux fiches de sécurité et prendre les précautions nécessaires habituelles pour l'utilisation des calibrants et contrôles.
5. Uniquement à usage professionnel !

Préparation

Les calibrants TruCal Myoglobin sont liquides et prêts à l'emploi.

Utilisation

Se référer à la notice d'utilisation insérée sur l'emballage du coffret de réactif.

Valeur du Calibrant

La valeur du calibrant TruCal Myoglobin ont été assignées avec la préparation de référence internationale, basée sur un antigène. La valeur du calibrant mentionnée ci-dessous est spécifique à ce numéro de lot seulement.

Références Bibliographiques

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997.p.243-68.
2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, 1993 (HHS Publication No [CDC] 93-8395).

Elimination des déchets

Se référer aux exigences légales nationales.



Fabricant

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9

65558 Holzheim (Allemagne)

	N° de lot	Date de péremption	Valeur du calibrant
TruCal Myoglobin Niveau 1	35243	2025-04-30	65,0 µg/L
TruCal Myoglobin Niveau 2	35244	2025-04-30	130 µg/L
TruCal Myoglobin Niveau 3	35245	2025-04-30	260 µg/L
TruCal Myoglobin Niveau 4	35246	2025-04-30	520 µg/L