

## Bicarbonate FS\*

### Présentation

#### Référence

1 0950 99 10 923

#### Composition du kit



800 (4 x 200)

### Emploi Prévu


Réactif de diagnostic in vitro pour la détermination quantitative du bicarbonate/CO<sub>2</sub> totale dans le sérum humain ou le plasma recueilli sur héparine sur système respons<sup>®</sup>920 automatisé.

### Intérêt Clinique


De multiples facteurs influencent les valeurs de pH des liquides intra- et extracellulaires humains, ce qui se reflète dans le contexte de l'équilibre acido-basique. Le maintien de l'équilibre du pH est d'une importance capitale. Les systèmes tampons sont des mécanismes essentiels pour prévenir les altérations, dont le système HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>/CO<sub>2</sub> est le principal [1]. L'acidose et l'alcalose représentent deux exemples de perturbation de l'équilibre acido-basique qui peuvent se développer aussi bien dans les systèmes métaboliques que dans les systèmes respiratoires. Le bilan des bicarbonates est utilisé pour diagnostiquer l'état de l'équilibre acido-basique et les troubles et altérations qui y sont liés. Il est également appliqué pour surveiller l'efficacité des mesures qui influencent les niveaux de pH de l'organisme [2].

### Méthode

Test enzymatique utilisant la phosphoénolpyruvate-carboxylase (PEPC) et un analogue stabilisé de NADH



La réaction perturbe l'équilibre suivant :



Il en résulte une conversion du CO<sub>2</sub> en ion bicarbonate (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) qui est alors inclus dans la réaction. La concentration totale en CO<sub>2</sub> est ainsi mesurée.

La diminution de concentration du cofacteur réduit est mesurée à 405 nm. Elle est proportionnelle à la concentration en CO<sub>2</sub> total de l'échantillon.

### Réactif

#### Composants et Concentrations

Tampon	pH 7,5	
Phosphoénolpyruvate (PEP)	12,5 mmol/L	
Phosphoénolpyruvate-carboxylase (PEPC)	> 400 U/L	
Malate-déshydrogénase (MDH)	> 4100 U/L	
Analogue de NADH	0,6 mmol/L	

### Conservation et Stabilité

Le réactif est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur le coffret, conservé entre +2 °C et +8 °C en évitant toute contamination. Ne pas congeler et conserver à l'abri de la lumière.

La stabilité du réactif en flacon ouvert est de 15 mois jusqu'à la date de péremption.

### Avertissements et Précautions d'Emploi

- Le réactif contient de l'azide de sodium (0,8 g/L) comme conservateur. Ne pas avaler ! Éviter le contact avec la peau et les muqueuses.
- Le réactif contient du matériel d'origine biologique. Manier le produit comme potentiellement infectieux selon les précautions universelles et de bonne pratique de laboratoire.
- Pour la prévention des contaminations (carryover), il est nécessaire d'effectuer des lavages spéciaux efficaces après l'usage des réactifs interférant. Se référer au table 'DiaSys respons<sup>®</sup>920 Carryover Pair Table'. Des paires de contamination ainsi que des démarches automatisées pour un lavage avec la solution de nettoyage recommandée peuvent être spécifiées dans le logiciel. Se référer au manuel d'utilisation.

- Dans de très rares cas, des spécimens de patients souffrants de gammopathie peuvent produire des valeurs fausses [3].
- En cas de dysfonctionnement du produit ou d'altération de son aspect susceptible d'affecter ses performances, contacter le fabricant.
- Signaler tout incident grave lié au produit au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où se situe l'utilisateur et/ou le patient.
- Merci de vous référer aux fiches de sécurité (FDS) et prendre les précautions nécessaires pour l'utilisation de réactifs de laboratoire. Pour le diagnostic, les résultats doivent toujours être exploités en fonction de l'historique médical du patient, des examens cliniques ainsi que des résultats obtenus sur d'autres paramètres.
- Uniquement à usage professionnel.

### Gestion des Déchets

Se référer aux exigences légales locales en termes de dispositions relatives à l'élimination des produits chimiques, conformément à la FDS correspondante, pour décider de leur élimination en toute sécurité.

Avertissement : Manipuler les déchets comme des matières potentiellement dangereuses au plan biologique. Éliminer les déchets conformément aux instructions et procédures de laboratoire acceptées.

### Préparation du Réactif

Le réactif est prêt à l'emploi. Les flacons sont placés directement dans le carrousel de réactifs.

### Matériels Nécessaires

Équipement général de laboratoire

### Spécimen

Sérum humain ou plasma recueilli sur héparine

N'utilisez que des tubes ou des récipients adaptés pour le prélèvement et la préparation des échantillons.

Lorsque vous utilisez des tubes primaires, suivez les instructions du fabricant.

Décanner le sérum ou le plasma immédiatement et conserver entre +2 °C et +8 °C. Réduire au minimum l'exposition des échantillons à l'air. Conserver les échantillons en tubes scellés pour prévenir la perte du dioxyde de carbone et doser le plus rapidement après prélèvement.

Stabilité [4] :

1 jour	entre	+20 °C et +25 °C
7 jours	entre	+4 °C et +8 °C
1 mois	à	-20 °C

Une seule congélation. Éliminer les échantillons contaminés.

### Standard et Contrôle

Le Standard Bicarbonate FS (Bicarbonat Standard FS) de DiaSys est recommandée pour la calibration. La valeur du standard a été standardisée par rapport à un standard primaire à base de carbonate de sodium. Utiliser TruLab Bicarbonate de DiaSys pour le contrôle de qualité interne. Le contrôle de qualité doit être effectué après la calibration. Les intervalles et les limites de contrôle doivent être adaptés aux exigences individuelles de chaque laboratoire. Les résultats doivent se situer dans les intervalles définis. Suivre les exigences légales et les directives pertinentes. Chaque laboratoire établira la procédure à suivre si les résultats se situent en dehors des limites de confiance.

	Référence	Présentation
TruLab Bicarbonate	5 9700 99 10 065	3 x 3 mL
Bicarbonat Standard FS	1 0950 99 10 030	6 x 3 mL

## Performances

Domaine de 1,7 mmol/L jusqu'à 50 mmol/L, la linéarité est donnée à ± 5 %.  
En cas de concentrations plus élevées, mesurer les spécimens une seconde fois après une dilution manuelle avec du NaCl (9 g/L) ou par la fonction rerun.

Limite de détection**	1,7 mmol/L
Limite de quantification**	1,7 mmol/L
Stabilité à bord de l'analyseur	3 semaines
Stabilité de calibration	3 semaines

Interférence par	Interférences ≤ 10 % jusqu'à	Concentration de l'analyte [mmol/L]
<b>Acide ascorbique</b>	30 mg/dL	18,3
<b>Bilirubine</b> (conjuguée)	60 mg/dL	15,0
	60 mg/dL	34,5
<b>Bilirubine</b> (non conjuguée)	60 mg/dL	16,4
	70 mg/dL	35,6
<b>Hémolyse</b>	1000 mg/dL	23,2
	600 mg/dL	42,0
<b>Lipémie</b> (triglycérides)	2000 mg/dL	16,4
	1900 mg/dL	41,5

Pour plus d'informations sur les substances interférentes, se référer aux références bibliographiques [5,6].

Précision			
Répétabilité (n=20)	Échantillon 1	Échantillon 2	Échantillon 3
Moyenne [mmol/L]	20,0	34,3	46,2
CV [%]	1,05	1,19	1,17
Inter série (n=20)	Échantillon 1	Échantillon 2	Échantillon 3
Moyenne [mmol/L]	17,4	26,7	44,3
CV [%]	3,48	2,86	1,57

Comparaison de méthodes (n=114)	
Test x	Bicarbonate FS de DiaSys (Hitachi 917)
Test y	Bicarbonate FS de DiaSys (respons <sup>®</sup> 920)
Pente	1,05
Ordonnée à l'origine	-1,33 mmol/L
Coefficient de corrélation	0,998

\*\* selon CLSI document EP17-A, Vol. 24, No. 34

## Facteur de Conversion

Bicarbonate [mmol/L] = Bicarbonate [mEq/L]

## Valeurs Usuelles [7]

Adultes 22 – 29 mmol/L (mEq/L)

Chaque laboratoire devrait vérifier si les valeurs usuelles sont transmissibles à sa propre population patiente et déterminer ses propres valeurs de référence si besoin.

## Références Bibliographiques

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics [Internet]. Prof. Lothar Thomas; 2023 [cited 2024 Feb 21]. <https://www.clinical-laboratory-diagnostics.com>
2. Jung, B., Martinez, M., Claessens, YE. et al. Diagnosis and management of metabolic acidosis: guidelines from a French expert panel. Ann. Intensive Care. 2019; 9(92)
3. Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. ClinChemLabMed 2007;45(9):1240-1243.
4. W.G. Guder, F. da Fonseca-Wollheim, W. Heil, et al. Quality of Diagnostic Samples. German Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 3rd completely revised edition 2010.

5. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.
6. Young DS. Effects on Clinical Laboratory Tests - Drugs Disease, Herbs & Natural Products, <https://clinfx.wiley.com/aaccweb/aacc/>, accessed in October 2021. Published by AACC Press and John Wiley and Sons, Inc.
7. Müller-Plathe O. Acid base balance and blood gases. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 318 – 329.

Les ajouts et/ou modifications au document sont surlignés en gris. Les suppressions sont communiquées par les infos clients en indiquant le numéro d'édition de la notice du coffret/de l'instruction d'utilisation.



DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9 65558 Holzheim  
Allemagne  
[www.diasys-diagnostics.com](http://www.diasys-diagnostics.com)

\* Fluid Stable = Liquide & Stable

## Bicarbonate FS

### Application for serum and plasma

Test Details		Test Volumes		Reference Ranges	
Test	: HCO3			Auto Rerun	<input type="checkbox"/>
Report Name	: BICARB			Online Calibration	<input type="checkbox"/>
Unit	: mmol/L	Decimal Places	: 2	Cuvette Wash	<input type="checkbox"/>
Wavelength-Primary	: 405	Secondary	: 505	Total Reagents	: 1
Assay Type	: 2-Point	Curve Type	: Linear	Reagent R1	: HCO3 R1
M1 Start	: 2	M1 End	: 2	Reagent R2	:
M2 Start	: 24	M2 End	: 26	<b>Consumables/Calibrators:</b>	
Sample Replicates	: 1	Standard Replicates	: 3	Blank	: 0
Control Replicates	: 1	Control Interval	: 0	Calibrator	: *
Reaction Direction	: Decreasing	React. Abs. Limit	: 0.0000		
Prozone Limit %	: 0	Prozone Check	: Upper		
Linearity Limit %	: 0	Delta Abs. / Min.	: 0.0000		
Technical Minimum	: 0.0000	Technical Maximum	: 60.0		
Y = aX + b	a= 1.0000		: 0.0000		

\* Please enter standard value.

Test Details		Test Volumes		Reference Ranges															
Test	: HCO3																		
Sample Type	: Serum																		
<b>Sample Volumes</b>				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sample Types</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Serum</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Urine</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CSF</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Plasma</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Whole Blood</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Other</td> </tr> </tbody> </table>		Sample Types		<input checked="" type="checkbox"/>	Serum	<input type="checkbox"/>	Urine	<input type="checkbox"/>	CSF	<input checked="" type="checkbox"/>	Plasma	<input type="checkbox"/>	Whole Blood	<input type="checkbox"/>	Other
Sample Types																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Serum																		
<input type="checkbox"/>	Urine																		
<input type="checkbox"/>	CSF																		
<input checked="" type="checkbox"/>	Plasma																		
<input type="checkbox"/>	Whole Blood																		
<input type="checkbox"/>	Other																		
Normal	: 2.00 $\mu$ L	Dilution Ratio	: 1 X																
Increase	: 10.00 $\mu$ L	Dilution Ratio	: 1 X																
Decrease	: 2.00 $\mu$ L	Dilution Ratio	: 6 X																
Standard Volume	: 2.00 $\mu$ L																		
<b>Reagent Volumes and Stirrer Speed</b>																			
RGT-1 Volume	: 200 $\mu$ L	R1 Stirrer Speed	: Medium																
RGT-2 Volume	:	R2 Stirrer Speed	:																

Test Details		Test Volumes		Reference Ranges															
Test	: HCO3																		
Sample Type	: Serum																		
Reference Range	: DEFAULT																		
Category	: Male																		
<b>Reference Range</b>				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sample Types</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Serum</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Urine</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CSF</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Plasma</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Whole Blood</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Other</td> </tr> </tbody> </table>		Sample Types		<input checked="" type="checkbox"/>	Serum	<input type="checkbox"/>	Urine	<input type="checkbox"/>	CSF	<input checked="" type="checkbox"/>	Plasma	<input type="checkbox"/>	Whole Blood	<input type="checkbox"/>	Other
Sample Types																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Serum																		
<input type="checkbox"/>	Urine																		
<input type="checkbox"/>	CSF																		
<input checked="" type="checkbox"/>	Plasma																		
<input type="checkbox"/>	Whole Blood																		
<input type="checkbox"/>	Other																		
	Lower Limit (mmol/L)		Upper Limit (mmol/L)																
Normal	: 22.0		: 29.0																
Panic	: 0.00		: 0.00																