

Lactate FS* (Lactat FS*)

Bestellinformation

Bestellnummer 1 4001 99 10 921
 Packungsgröße  480 (4 x 120)

Verwendungszweck


Diagnostisches Reagenz zur quantitativen in vitro Bestimmung von Lactat in humanem Heparinplasma am automatisierten respons[®]940.

Zusammenfassung

Lactat ist das Endprodukt der anaeroben Glykolyse und dient als Indikator für den Sauerstoffstatus im Zellgewebe. Erhöhte Lactatkonzentrationen im Blut treten als Folge von Sauerstoffmangel bedingt durch Schock, Herzinsuffizienz und Vergiftungen und bei Thiaminmangel auf [1]. Aus diesem Grund wird Lactat im Bereich der Intensivmedizin bestimmt. Die Bestimmung des Laktatspiegels wird für Patienten mit Sepsis empfohlen. Ein erhöhter Laktatspiegel ist Teil der Sepsis-3-Definition des septischen Schocks [2]. Als metabolische Größe dient die Lactatbestimmung der Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Muskulatur bei Sportlern [3].

Methode

Enzymatischer UV-Test mit Lactat-Dehydrogenase (LDH)



Lactat wird in Gegenwart von NAD durch die Lactatdehydrogenase umgesetzt. Dieser Vorgang setzt NADH frei, das bei einer Wellenlänge von 340 nm gemessen wird. Die Menge des gebildeten NADH ist der Lactatkonzentration proportional.

Reagenzien

Bestandteile und Konzentrationen

R1: Puffer pH 9,0 500 mmol/L
 LDH ≥ 25 kU/L
 R2: NAD 20 mmol/L

Lagerung und Haltbarkeit

Reagenzien sind bei 2 – 8°C bis zum auf dem Kit angegeben Verfallsdatum verwendbar, wenn Kontamination vermieden wird. Nicht einfrieren und lichtgeschützt aufbewahren.

Die Haltbarkeit des geöffneten Reagenzes nach Anbruch beträgt 15 Monate bis zum Verfallsdatum.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Die in Lactat FS enthaltenen Bestandteile sind gemäß der EG-Verordnung 1272/2008 (CLP) wie folgt eingestuft:



⚠ Reagenz 1: Gefahr. Enthält 1,3-Diaminopropan-2-ol. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P264 Nach Gebrauch Hände und Gesicht gründlich waschen. P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

- Reagenz 1 enthält Natriumazid (0,95 g/L) als Konservierungsmittel. Nicht verschlucken! Berührung mit Haut und Schleimhäuten vermeiden.
- Reagenz 1 enthält Material biologischen Ursprungs. Behandeln Sie das Produkt als potentiell infektiös gemäß allgemein anerkannter Vorsichtsmaßnahmen und guter Laborpraxis.
- In sehr seltenen Fällen kann es bei Proben von Patienten mit Gammopathien zu verfälschten Ergebnissen kommen [4].
- Bei Fehlfunktion des Produkts oder einem veränderten Aussehen, das die Leistung beeinträchtigen könnte, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen

- Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet, gemeldet werden.
- Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter (SDB) und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch von Laborreagenzien. Für diagnostische Zwecke sind die Ergebnisse stets im Zusammenhang mit der Patientenvorgeschichte, der klinischen Untersuchung und anderen Untersuchungsergebnissen zu werten.
- Nur für professionelle Anwendung.

Entsorgung

Um eine sichere Entsorgung von Chemikalien zu gewährleisten, beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften wie im SDB hinterlegt.

Warnung: Abfall als potenziell biologisch gefährliches Material behandeln. Entsorgen Sie den Abfall gemäß den üblichen Laboranweisungen und -verfahren.

Reagenzvorbereitung

Die Reagenzien sind gebrauchsfertig. Die Flaschen werden direkt in den Reagenzrotor gestellt.

Benötigte Materialien

Übliche Laborausrüstung

Probenmaterial

Humanes Heparinplasma

Verwenden Sie zur Probenentnahme und -aufbereitung nur geeignete Röhrchen oder Sammelbehälter.

Bei Verwendung von Primärröhrchen sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.

Als Antikoagulantien Glykolysehemmer wie z. B. Fluorid/Oxalat oder Fluorid/Heparin verwenden.

Haltbarkeit [5]:

6 Tage	bei	20 – 25 °C
14 Tage	bei	2 – 8 °C
1 Monat	bei	-20 °C

Nur einmal einfrieren. Kontaminierte Proben verwerfen.

Kalibratoren und Kontrollen

DiaSys TruCal U wird zur Kalibration empfohlen. Die Kalibratorwerte sind rückverfolgbar auf einen Primärstandard. DiaSys TruLab N und P für die interne Qualitätskontrolle messen. Nach der Kalibration muss eine Qualitätskontrolle durchgeführt werden. Die Kontrollintervalle und -grenzwerte müssen an die individuellen Anforderungen des jeweiligen Labors angepasst werden. Die Ergebnisse müssen innerhalb der festgelegten Bereiche liegen. Beachten Sie die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Jedes Labor sollte Korrekturmaßnahmen für den Fall einer Abweichung bei der Kontrollwiederfindung festlegen.

	Bestellnummer	Packungsgröße
TruCal U	5 9100 99 10 063	20 x 3 mL
	5 9100 99 10 064	6 x 3 mL
TruLab N	5 9000 99 10 062	20 x 5 mL
	5 9000 99 10 061	6 x 5 mL
TruLab P	5 9050 99 10 062	20 x 5 mL
	5 9050 99 10 061	6 x 5 mL

Leistungsmerkmale

Messbereich von 1,1 mg/dL bis 150 mg/dL. Linearität < 1,6 mg/dL ist mit ± 0,6 mg/dL, zwischen 1,6 mg/dL bis 10 mg/dL innerhalb ± 10 %, bei > 10 mg/dL innerhalb ± 5 % gegeben. Bei höheren Konzentrationen Proben nach manueller Verdünnung mit NaCl-Lösung (9 g/L) oder über Rerun-Funktion nachbestimmen.	
Nachweisgrenze**	1,1 mg/dL
Quantifizierungsgrenze**	1,1 mg/dL
Stabilität im Gerät (mit Chimney)	6 Wochen
Kalibrationsstabilität (mit Chimney)	3 Wochen

Interferenz durch	Interferenzen ≤ 10 % bis	Analyt-konzentration [mg/dL]
Ascorbinsäure	30 mg/dL	8,99
	30 mg/dL	13,8
Bilirubin (konjugiert)	75 mg/dL	9,60
	75 mg/dL	15,6
Bilirubin (unkonjugiert)	48 mg/dL	8,90
	65 mg/dL	14,8
Dopamin	12 mg/L	9,47
	12 mg/L	15,2
Glycolsäure	1200 mg/L	8,88
	1200 mg/L	14,2
Hämolyse	1000 mg/dL	9,01
	1300 mg/dL	14,8
Levodopa	25 mg/L	7,57
	25 mg/L	12,7
Lipämie (Triglyceride)	1500 mg/dL	9,36
	1800 mg/dL	14,9
Methyldopamin	12 mg/L	9,04
	12 mg/L	14,3

Weitere Informationen zu störenden Substanzen finden Sie in der Literatur [6,7].

Präzision			
Wiederholbarkeit (n=20)	Probe 1	Probe 2	Probe 3
Mittelwert [mg/dL]	4,59	20,9	62,5
VK [%]	2,94	1,34	1,75
Laborintern (n=80)	Probe 1	Probe 2	Probe 3
Mittelwert [mg/dL]	4,47	22,8	72,6
VK [%]	4,27	1,53	1,94

Methodenvergleich (n=131)	
Test x	Mitbewerber Lactat (cobas c 501)
Test y	DiaSys Lactat FS (respons [®] 940)
Steigung	0,853
Achsenabschnitt	0,333 mg/dL
Korrelationskoeffizient	0,997

** gemäß CLSI Dokument EP17-A2, Vol. 32, Nr. 8

Umrechnungsfaktor

Lactat [mg/dL] x 0,1109 = Lactat [mmol/L]

Referenzbereiche [8]

Plasma

Venös	4,5 – 19,8 mg/dL	0,5 – 2,2 mmol/L
Arteriell	4,5 – 14,4 mg/dL	0,5 – 1,6 mmol/L

Jedes Labor sollte die Übertragbarkeit der Referenzbereiche für die eigenen Patientengruppen überprüfen und gegebenenfalls eigene Referenzbereiche ermitteln.

Literatur

- David B. Sacks, M.B., Ch.B., F.R.C.Path. Carbohydrates In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 787–789.
- Singer M, Deutschman CS, Seymour CW et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315,8: 801-10
- Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics [Internet]. Prof. Lothar Thomas; 2020 [cited 2023 Nov 21]. Available from: <https://www.clinical-laboratory-diagnostics.com/>
- Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: Mechanism, detection and prevention. Clin Chem Lab Med 2007; 45(9): 1240-1243.
- Guder WG, Zawta B et al. Quality of Diagnostic Samples. German Society of Clinical Chemistry. 3rd ed.2010; p. 52-53.
- Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.
- Young DS. Effects on Clinical Laboratory Tests - Drugs Disease, Herbs & Natural Products, <https://clinfx.wiley.com/aaccweb/aacc/>, accessed in November 2023. Published by AACC Press and John Wiley and Sons, Inc.
- Section I – General Clinical Tests In: Tietz NW, editor. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia: Saunders; 1995. p. 382-3.

Ergänzungen und/oder Änderungen im Dokument sind grau unterlegt. Löschungen werden per Kundeninformation unter Angabe der Editionsnummer der Packungsbeilage/der Gebrauchsanweisung bekannt gegeben.



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Straße 9 65558 Holzheim
Deutschland
www.diasys-diagnostics.com

* Flüssig Stabil

