



For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновлённого значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

<http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/>

Lipid calibration serum
Lipid-Kalibrationsserum
Sérum de calibration lipides
Suero de calibración lipidos
Липидов сыворотки калибровки

No. 1 3570 99 10 045

3 x 2 ml

Constituent	Method	System	Cat. No.	Traceability	Calibration value	Units
Bestandteil	Methode	System	Art.-Nr.	Rückführbarkeit	Kalibrationswert	Einheit
Constituant	Méthode	Système	Références	Traçabilité	Valeur de calibration	Unité
Constituyente	Método	Sistema	Nº de pedido	Trazabilidad	Valor de calibración	Unidad
Параметр	Метод	система	Кат. №	Прослеживаемость	Калибровочное значение	Един.

HDL-C	Immunoinhibition прямой иммuno	DiaSys	1 3521	NIST SRM 1951b Level 2	60,3 1,56 0,603	mg/dL mmol/L g/L
LDL-C	Select прямой селективный	DiaSys	1 4121	NIST SRM 1951b Level 2	140 3,62 1,40	mg/dL mmol/L g/L
Lp-PLA ₂	Colorimetric test Farbtest test colorimétrique test-color Колориметрический тест	DiaSys	1 7181	ε 4-nitrophenol	388 6,46	U/L µkat/L
NEFA	enzymatic enzymatisch enzymatique enzimático Ферментативный	DiaSys	1 5781	Internal Standard Interner Standard Standard interne Standard interno внутреннего стандарта	37,3 1,320 0,373	mg/dL mmol/L g/L
PL	enzymatic enzymatisch enzymatique enzimático Ферментативный	DiaSys	1 5741	Internal Standard Interner Standard Standard interne Standard interno внутреннего стандарта	276 3,56 2,76	mg/dL mmol/L g/L

Short forms:

ε	Molar extinction coefficient 4-nitrophenol Molarer Extinktionskoeffizient 4-Nitrophenol Coefficient molaire d'extinction 4-Nitrophénol Coeficiente molar de la extinción 4-nitrofenol Молярный коэффициент экстинкции 4-нитрофенола
DS	DiaSys
SRM	Standard Reference material Standardisierter Referenzmaterial Matérielle de référence standard Material de referencia estándar Стандартный справочный материал

NIST National Institute of Standards & Technology (www.nist.gov/srm)

Notes:

* Data not available at the time of printing. Please inquire.
Daten zum Zeitpunkt des Drucks nicht verfügbar. Bitte nachfragen.
Données non disponible à la date d'impression. Prié de se renseigner.
No se disponía de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte cualquier duda.
Нет данных во время печати. Пожалуйста, задавайте вопросы.

** In diesem Sollwertzettel wird immer ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet.
A comma is always used in this value sheet as decimal separator. Separators for thousands are not used.
Dans ce fiche des valeurs de références, la virgule représente le caractère séparateur décimal. Des séparateurs pour 'mille' ne sont pas employés.
La coma representa el carácter separador decimal. No se utilizan caracteres para separar el 'mil'.
Это список литературы всегда занятая используется в качестве десятичного разделителя. Сепараторы для тысяч не используются.

Manufacturer

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany