

Ethanol Standard FS* (Standard Ethanol FS*)

Présentation

Référence Composition du kit
1 4040 99 10 063 10 x 1 mL de standard 2,0 mg/mL

Emploi Prévu

Standard à utiliser avec les tests de DiaSys pour le dosage quantitatif in vitro de l'éthanol sur des systèmes photométriques automatisés.

Description

Standard Ethanol FS est un standard aqueux.
Le standard est employé pour calibrer le test Ethanol FS de DiaSys.

Conservation

Le standard, ouvert ou non, doit être conservé de +2 °C à +25 °C. Éviter toute contamination et conserver à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.

Stabilité

Flacons fermés : Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le coffret
Flacons ouverts : Après ouverture, le contenu des flacons doit être immédiatement utilisé afin d'éviter l'évaporation et donc la dégradation de la concentration indiquée. Les flacons de standards ne doivent être utilisés qu'une seule fois.

Il est nécessaire d'assurer une manipulation et une conservation convenable de ce produit.

Avertissements et Précautions d'Emploi

1. Contient de l'azide de sodium (< 0,1 %) comme conservateur. Ne pas avaler ! Éviter le contact avec la peau et les muqueuses.
2. En cas de dysfonctionnement du produit ou d'altération de son aspect susceptible d'affecter ses performances, contacter le fabricant.
3. Signaler tout incident grave lié au produit au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où se situe l'utilisateur et/ou le patient.
4. Merci de vous référer aux fiches de sécurité (FDS) et prendre les précautions nécessaires pour l'utilisation de standards.
5. Uniquement à usage professionnel.

Gestion des Déchets

Se référer aux exigences légales locales en termes de dispositions relatives à l'élimination des produits chimiques, conformément à la FDS correspondante, pour décider de leur élimination en toute sécurité.

Préparation

Le standard est prêt à l'emploi.

Matériels Nécessaires

Équipement général de laboratoire

Utilisation

Consulter la notice d'utilisation du réactif pour le procédé.

Valeur Standard

La valeur du standard a été assignée, sous des conditions standardisées, avec le test Ethanol FS de DiaSys. La valeur du standard est traçable au poids initial d'un matériel primaire avec une pureté de 99,9 % d'éthanol.

Concentration

2,0 mg/mL Ethanol

Références Bibliographiques

Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1404-26.

Les ajouts et/ou modifications dans le document sont indiqués sur fond gris. Pour les suppressions, se référer aux informations destinées aux consommateurs pour le numéro d'édition correspondant des notices.



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Allemagne
www.diasys-diagnostics.com

* Fluid Stable = Liquide & Stable