

TruCal Ferritina SR

Calibrador para tests de determinación cuantitativa *In Vitro* de ferritina en equipos fotométricos automáticos

Información de pedido

1 7240 99 10 059 5 unidades de 1 mL

Descripción

El set TruCal Ferritina SR está compuesto por cinco calibradores líquidos estables en diversas concentraciones a base de material de sangre humana (plasma). El set TruCal Ferritina SR es dedicado para la determinación de ferritina en sistemas fotométricos automáticos con el test Ferritina SR de DiaSys.

Almacenamiento

Abierto o sin abrir, los calibradores ha de almacenarse a una temperatura de 2 a 8 °C. ¡No congelar!

Estabilidad al almacenamiento

Sin abrir: hasta el final del mes de caducidad que se indica en el envase

Abierto: al menos 30 días

Es preciso que se garantice el almacenamiento adecuado y la manipulación correcta del producto.

Advertencias y medidas de precaución

1. Para la fabricación de TruCal Ferritina SR sólo se empleó sangre procedente de donaciones que dieron resultado negativo en los análisis realizados con métodos autorizados para detectar HBsAg, anti-HIV 1+2 y anti-HCV. Como no existe ninguna posibilidad de determinar de forma definitiva que los productos obtenidos a partir de sangre humana no contienen ningún agente infeccioso, se recomienda tomar durante la calibración las mismas medidas de precaución que se emplean para las muestras procedentes de pacientes.
2. Contiene azida de sodio (0,95 g/L) como conservante. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las mucosas.
3. Observar todas las medidas de precaución necesarias para la manipulación de calibradores y controles.
4. ¡Únicamente para el empleo profesional!

Preparación

Los calibradores TruCal Ferritina SR son líquidos y listos para usar.

Procedimiento

Las instrucciones para la realización del test se encuentran en el prospecto que acompaña al reactivo.

Valores de calibración

Los valores de calibración de TruCal Ferritina se han obtenido a base del material de referencia NIBSC (94/572).

Los valores de calibración que se indican abajo sólo son aplicables al número de lote mencionado.

Bibliografía

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997.p. 243-68.
2. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393–1401.
3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, 1993 (HHS Publication No [CDC] 93–8395).

Eliminación de residuos

Obsérvese la normativa legal al respecto.



Fabricado por

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9
65558 Holzheim
Alemania

	Número de lote	Fecha de caducidad	Valores de calibración
TruCal Ferritina SR Nivel 1	33483	2023-11-30	22,3 µg/L
TruCal Ferritina SR Nivel 2	33484	2023-11-30	89,0 µg/L
TruCal Ferritina SR Nivel 3	33485	2023-11-30	169 µg/L
TruCal Ferritina SR Nivel 4	33486	2023-11-30	251 µg/L
TruCal Ferritina SR Nivel 5	33487	2023-11-30	355 µg/L