

TruCal CRP

CODE CQN : MV

Calibrants à utiliser lors des dosages quantitatifs in vitro de la protéine C-réactive (CRP) sur systèmes photométriques

Présentation

1 7000 99 10 039 5 x 2 mL

Description

TruCal CRP est un coffret comprenant 5 calibrants liquides et stables avec différents niveaux de concentration à base de matériel de sang humain (sérum).

Stockage

Les calibrants, ouverts ou non, doivent être conservés entre +2 °C et +8 °C.

Stabilité

Flacons fermés : jusqu'à la fin du mois de la date de péremption indiquée

Flacons ouverts : au moins 3 mois

Il est nécessaire d'assurer une manipulation et une conservation convenable de ce produit.

Avertissements et Précautions d'Emploi

- Chaque don de sang utilisé pour la fabrication du TruCal CRP a été testé individuellement et a montré une absence de réactivité, avec les méthodes approuvées de recherche, de l'antigène HbsAg, des anticorps anti-HIV 1 + 2 et anti-HCV. Comme il n'existe aucune possibilité d'exclure totalement la transmission potentielle d'agents infectieux à partir de produits dérivés du sang humain, il est recommandé de manipuler le TruCal CRP avec les mêmes précautions que les échantillons de patients.
- Les calibrants contiennent de l'azide de sodium (0,95 g/L) comme conservateur. Ne pas avaler ! Eviter le contact avec la peau et les muqueuses.
- Merci de vous référer aux fiches de sécurité et prendre les précautions nécessaires habituelles pour l'utilisation des calibrants et contrôles.
- Uniquement à usage professionnel !

Préparation

Les calibrants TruCal CRP sont liquides et prêts à l'emploi.

Valeur du Calibrant

Les valeurs des calibrants du coffret TruCal CRP ont été assignées avec le matériel de référence ERM®-DA474/IFCC. Les valeurs des calibrants mentionnées ci-dessous sont spécifiques aux lots de ce coffret seulement.

Références bibliographiques

- Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997.p.243-68.
- Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

Élimination des Déchets

Se référer aux exigences légales nationales.

Fabricant

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 6558 Holzheim Allemagne



	N° de Lot	Date de Péremption	Valeur de Calibrant
TruCal CRP Niveau 1	38586	2027-05-01	1,00 mg/dL
			10,0 mg/L
TruCal CRP Niveau 2	38587	2027-05-01	1,99 mg/dL
			19,9 mg/L
TruCal CRP Niveau 3	38588	2027-05-01	5,12 mg/dL
			51,2 mg/L
TruCal CRP Niveau 4	38589	2027-05-01	14,4 mg/dL
			144 mg/L
TruCal CRP Niveau 5	38590	2027-05-01	28,2 mg/dL
			282 mg/L

TruCal CRP

Set calibrador para tests de determinación cuantitativa In Vitro de la proteína C reactiva (PCR) en equipos fotométricos

Información de Pedido

1 7000 99 10 039 5 unidades de 2 mL

Descripción

El set TruCal PCR está compuesto por cinco calibradores líquidos estables en diversas concentraciones a base de material de sangre humano (suero).

Almacenamiento

Abiertos o sin abrir, los calibradores han de almacenarse a una temperatura de 2 a 8 °C.

Estabilidad al Almacenamiento

Sin abrir: hasta el final del mes de caducidad que se indica en el envase

Abierto: por lo menos 3 meses

Es preciso que se garantice el almacenamiento adecuado y la manipulación correcta del producto.

Advertencias y Medidas de Precaución

- Para la fabricación de TruCal PCR sólo se empleó sangre procedente de donaciones que dieron resultado negativo en los análisis realizados con métodos autorizados para detectar HBsAg, anti-HIV 1+2 y anti-HCV. Como no existe ninguna posibilidad de excluir de forma definitiva que los productos obtenidos a partir de sangre humana no contienen ningún agente infeccioso, se recomienda manipular los calibradores con las mismas medidas de precaución que se emplean para las muestras procedentes de pacientes.
- Contiene azida de sodio (0,95 g/L) como conservante. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las mucosas.
- Observar todas las medidas de precaución necesarias para la manipulación de calibradores y controles.
- ¡Únicamente para el empleo profesional!

Preparación

Los calibradores TruCal PCR son líquidos y listos para usar.

Valores de Calibración

Los valores de calibración de TruCal PCR se han obtenido a partir del material de referencia ERM®-DA474/IFCC. Los valores de calibración que se indican abajo sólo son aplicables a los números de lote indicados.

Bibliografía

- Stenman UH. Standardization of immunoassays. En: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. Nueva York: Stockton Press; 1997.pp.243-68.
- Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. En: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1^a ed., Francfort: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. pp. 1393-1401.
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

Eliminación de Residuos

Obsérvese la normativa legal al respecto.



Fabricado por

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Alemania

	Número del Lote	Fecha de Caducidad	Valor de Calibración
TruCal PCR Nivel 1	38586	2027-05-01	1,00 mg/dL
			10,0 mg/L
TruCal PCR Nivel 2	38587	2027-05-01	1,99 mg/dL
			19,9 mg/L
TruCal PCR Nivel 3	38588	2027-05-01	5,12 mg/dL
			51,2 mg/L
TruCal PCR Nivel 4	38589	2027-05-01	14,4 mg/dL
			144 mg/L
TruCal PCR Nivel 5	38590	2027-05-01	28,2 mg/dL
			282 mg/L