

CRP FS* (PCR FS*)

Información de Pedido

Nº de pedido

1 7002 99 10 920

Tamaño del envase



800 (4 x 200)

Uso Previsto

Reactivo de diagnóstico para la determinación cuantitativa in vitro de proteína C reactiva (PCR) en suero humano o plasma heparinizado en respons[®]940 automatizado.

Resumen

La proteína C reactiva (PCR) es una proteína de fase aguda, un grupo de proteínas cuya concentración en la sangre aumenta en respuesta a enfermedades inflamatorias (reacción de fase aguda). Es un pentámero compuesto por cinco cadenas polipeptídicas idénticas y se sintetiza en el hígado. La medición de la PCR se aplica en el cribado y el seguimiento del curso de la respuesta de fase aguda (por ejemplo, en la fiebre y/o el postoperatorio), en las infecciones (por ejemplo, para controlar la terapia antibiótica) y en el diagnóstico de procesos inflamatorios (por ejemplo, enfermedades inflamatorias crónicas como las reumáticas, gastrointestinales, respiratorias, etc.). Además, la determinación de la PCR puede ser útil en el diagnóstico diferencial de afecciones gastrointestinales, así como a tratar enfermedades reumáticas y aterosclerosis. La PCR también puede servir para diferenciar entre infecciones víricas y bacterianas. La PCR es elevada después de 6 horas, alcanzando un pico a las 48 horas, y disminuye con una vida media de 19 horas [1]. Así, permite reconocer los procesos inflamatorios en una fase temprana. En numerosos casos, el aumento de la PCR precede a los síntomas clínicos. El nivel de PCR corresponde bien a la actividad inflamatoria en caso de inflamación aguda e infección. Por lo tanto, la PCR puede emplearse para diferenciar entre inflamación de bajo grado, leve, moderada y de alto grado [2].

Método

Test inmunturbidimétrico

Determinación de la concentración de PCR mediante medición fotométrica de la reacción antígeno anticuerpo entre anticuerpos contra la PCR humana y la PCR contenida en la muestra.

Reactivos

Componentes y Concentraciones

R1:	TRIS	pH 7,5	100 mmol/L
R2:	TRIS	pH 8,0	100 mmol/L
	Anticuerpos (cabra) contra la PCR humana		< 1 %

Almacenamiento y Estabilidad

Los reactivos son estables hasta la fecha de expiración indicada en el kit, si son almacenados entre 2 y 8 °C, y si se evita la contaminación. No congelar y proteger de la luz.

La estabilidad del reactivo tras la apertura es de 18 meses hasta la fecha de caducidad.

Advertencias y Precauciones

1. Los componentes contenidos en PCR FS están clasificados de acuerdo con el reglamento CE 1272//2008 (CLP) como sigue:



⚠ Reactivo 1: Atención. H319 Provoca irritación ocular grave. P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persista la irritación ocular: consultar a un médico.

- Los reactivos contienen azida de sodio (0,95 g/L) como conservante. ¡No ingerir! Evitar el contacto con la piel y las membranas mucosas.
- El reactivo 2 contiene material de origen biológico. Tratar el producto como potencialmente infeccioso según las precauciones universales y la buena práctica de laboratorio.
- Excepcionalmente pueden obtenerse valores erróneos en muestras de pacientes con gammapatías [3].

- En caso de mal funcionamiento del producto o de alteración de su aspecto que pudiera afectar al desempeño, contactar al fabricante.
- Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde se encuentre el usuario y/o el paciente.
- Consultar las fichas de seguridad (FDS) de los reactivos y observar todas las medidas de precaución necesarias para la manipulación de reactivos de laboratorio. Para el diagnóstico, se recomienda evaluar los resultados según la historia médica del paciente, los exámenes clínicos, así como los resultados obtenidos con otros parámetros.
- Únicamente para el empleo profesional.

Manipulación de Desechos

Consultar los requisitos legales locales para las regulaciones de eliminación de productos químicos como se señala en la FDS correspondiente para determinar la eliminación segura.

Advertencia: Manipular los residuos como material potencialmente biopeligroso. Eliminar los residuos de acuerdo con las instrucciones y procedimientos de laboratorio aceptados.

Preparación del Reactivo

Los reactivos son listos para usar. Los frascos se colocan directamente en el rotor de reactivos.

Materiales Requeridos

Equipo general de laboratorio

Espécimen

Suero humano o plasma heparinizado

Utilice únicamente tubos o recipientes de toma de muestras adecuados para la recogida y preparación de las mismas.

Cuando utilice tubos primarios, siga las instrucciones del fabricante.

Estabilidad [4]:

11 días	de	20 a 25 °C
2 meses	de	4 a 8 °C
3 años	a	-20 °C

Congelar sólo una vez. Desechar las muestras contaminadas.

Calibradores y Controles

TruCal PCR (TruCal CRP) de DiaSys para la calibración. Los valores del calibrador son trazables al material de referencia ERM[®]-DA474/IFCC. Puede utilizarse alternativamente TruCal PCR alto (TruCal CRP high) para calibrar. Utilizar TruLab PCR Nivel 1 y Nivel 2 (TruLab CRP Level 1/2) o TruLab Proteína Nivel 1 y Nivel 2 (TruLab Protein Level1/2) de DiaSys para el control de calidad interno. Todos los valores del ensayo de los controles son trazables al sistema reactivo/calibrador de DiaSys. El control de calidad debe realizarse después de la calibración. Los intervalos y límites de control deben adaptarse a los requisitos individuales de cada laboratorio. Los resultados deben estar dentro de los rangos definidos. Siga los requisitos y directrices legales pertinentes. Cada laboratorio debería establecer medidas correctoras en caso de obtener valores fuera del intervalo preestablecido.

	Nº de pedido	Presentación
TruCal CRP	1 7000 99 10 039	5 x 2 mL
TruCal CRP high	1 7000 99 10 037	3 x 2 mL
TruLab CRP Level 1	5 9600 99 10 045	3 x 2 mL
TruLab CRP Level 2	5 9610 99 10 045	3 x 2 mL
TruLab Protein Level 1	5 9500 99 10 046	3 x 1 mL
TruLab Protein Level 2	5 9510 99 10 046	3 x 1 mL

Características

Rango de medición de 3 mg/L a 250 mg/L dependiente de la concentración del calibrador más alto. La linealidad < 5 mg/L se da a $\pm 1,8$ mg/L, entre 5 mg/L a 10 mg/L dentro de $\pm 10\%$, a > 10 mg/L dentro de $\pm 5\%$.

En caso de concentraciones más elevadas, medir los especímenes otra vez después de una dilución manual con solución NaCl (9 g/L) o por la función de repetición del ciclo.

Límite de prueba**	3 mg/L
Límite de cuantificación**	3 mg/L
No efecto prozona hasta 2000 mg/L.	
Estabilidad en el analizador	8 semanas
Estabilidad de la calibración	13 días

Interferencia por	Interferencias $\leq 10\%$ hasta	Concentración del analito [mg/dL]
Bilirrubina (conjugada)	17 mg/dL	4,32
	66 mg/dL	106
Bilirrubina (no conjugada)	20 mg/dL	4,46
	64 mg/dL	89,9
Factores reumatoides	800 IU/mL	4,76
	800 IU/mL	93,5
Hemólisis	100 mg/dL	4,17
	650 mg/dL	108
Lipemia (triglicéridos)	2000 mg/dL	5,16
	2000 mg/dL	100

Para más información sobre las sustancias interferentes, consultar la bibliografía [5-7].

Precisión			
Repetibilidad (n=20)	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Valor medio [mg/L]	5,24	22,3	62,3
CV [%]	2,93	2,06	2,11
En el laboratorio (n=80)			
Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	
Valor medio [mg/L]	5,52	20,5	51,2
CV [%]	7,12	4,31	2,53

Comparación de métodos (n=164)	
Test x	PCR competidora (cobas c 501)
Test y	PCR FS de DiaSys (respons [®] 940)
Pendiente	1,17
Intersección	-0,249 mg/L
Coefficiente de correlación	0,982

** según CLSI documento EP17-A2, Vol. 32, No. 8

Valores de Referencia [8,9]

Adultos < 5,0 mg/L
 Recién nacidos hasta la tercera semana de vida < 4,1 mg/L
 Lactantes y niños < 2,8 mg/L

Cada laboratorio debe comprobar si los valores de referencia indicados son adecuados para sus pacientes y si es necesario, determinar sus propios valores de referencia.

Bibliografía

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics [Internet]. Prof. Lothar Thomas; 2024 [cited 2024 Jul 09]. <https://www.clinical-laboratory-diagnostics.com>
2. Vigushin DM, et al. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest. 1993;91:1351-1357
3. Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. ClinChemLabMed. 2007;45:1240-1243.
4. W.G. Guder, F. da Fonseca-Wollheim, W. Heil, et al. Quality of Diagnostic Samples. German Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 3rd completely revised edition 2010.

5. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.
6. Young DS. Effects on Clinical Laboratory Tests - Drugs Disease, Herbs & Natural Products [Internet]. AACC Press and John Wiley and Sons, Inc; 2021 [cited 2022 Mar]. Available from: <https://clinfx.wiley.com/aaccweb/aacc/>
7. Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem. 2001;38:376-85.
8. Dati F, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem. 1996;34:517-20.
9. Schlebusch H, et al. High sensitive CRP and creatinine: reference intervals from infancy to childhood. Poster presented at AACC/SCCC; July/August 2001, Chicago, Illinois.

Las adiciones y/o modificaciones al documento se resaltan en gris. Las supresiones se comunican a través de información al cliente indicando el no de la edición de la técnica/de la instrucción de uso.



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
 Alte Strasse 9 65558 Holzheim
 Alemania
www.diasys-diagnostics.com

* Fluid Stable = Líquido Estable

CRP FS

Application for serum and plasma

Test Details		Test Volumes		Reference Ranges	
Test	: CRP			Auto Rerun	<input type="checkbox"/>
Report Name	: C-Reactive Protein			Online Calibration	<input type="checkbox"/>
Unit	: mg/L	Decimal Places	: 2	Cuvette Wash	<input type="checkbox"/>
Wavelength-Primary	: 340	Secondary	: 700	Special Diluent	<input type="checkbox"/>
Assay Type	: 2-Point	Curve Type	: Cubic Spline	Warn after	: 20
M1 Start	: 24	M1 End	: 24	Reagents Used	: 2
M2 Start	: 57	M2 End	: 57	Reagent R1	CRP R1
Sample Replicates	: 1	Standard Replicates	: 2	Reagent R2	CRP R2
Control Replicates	: 1	Control Interval	: 0	Consumables/Calibrators:	
Reaction Direction	: Increasing	React. Abs. Limit	: 0.0000	Blank /Level 0	0
Prozone Limit %	: 97	Prozone Check	: Lower	Calibrator 1	*
Linearity Limit %	: 0	Delta Abs./Min.	: 0.0000	Calibrator 2	*
Technical Minimum	: **	Technical Maximum	: **	Calibrator 3	*
Y = aX + b a=	: 1.0000	b=	: 0.0000	Calibrator 4	*
Reagent Abs Min	: 0.0000	Reagent Abs Max	: 0.0000	Calibrator 5	*

Test Details		Test Volumes		Reference Ranges	
Test	: CRP				
Sample Type	: Serum				
Sample Volumes				Sample Types	
Normal	: 11.00 <input type="text"/> μ L	Dilution Ratio	: 1 X	<input checked="" type="checkbox"/> Serum <input type="checkbox"/> Urine <input type="checkbox"/> CSF <input checked="" type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Whole Blood <input type="checkbox"/> Other	
Increase	: 20.00 <input type="text"/> μ L	Dilution Ratio	: 1 X		
Decrease	: 5.00 <input type="text"/> μ L	Dilution Ratio	: 1 X		
Standard Volume	: 11.00 <input type="text"/> μ L				
Reagent Volumes and Stirrer Speed					
RGT-1 Volume	: 180.00 <input type="text"/> μ L	R1 Stirrer Speed	: Low		
RGT-2 Volume	: 36.00 <input type="text"/> μ L	R2 Stirrer Speed	: Low		

Test Details		Test Volumes		Reference Ranges	
Test	: CRP				
Sample Type	: Serum				
Reference Range	: DEFAULT				
Category	: Male				
Reference Range				Sample Types	
	Lower Limit (mg/L)	Upper Limit (mg/L)			
Normal	: <input type="text"/> #	: <input type="text"/> #	<input checked="" type="checkbox"/> Serum <input type="checkbox"/> Urine <input type="checkbox"/> CSF <input checked="" type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Whole Blood <input type="checkbox"/> Other		
Panic	: <input type="text"/> #	: <input type="text"/> #			

* Enter calibrator value

** Technical limits are automatically defined by the software via the upper and lower calibrator level

Editable by user